

歯科用ユニット機器仕様書

1. 品目 : 歯科用治療用ユニット
2. 数量 : 1 台
3. 設置場所 : 沖縄県宮古郡多良間村仲筋 421-2 多良間村立歯科診療所

仕 様

4. 治療用チェア一部

- ① 治療用機器 ベース仕様
- ② チェア一部 前折れタイプ ウレタンレザー仕様 色確定注文時
- ③ 安頭台 2 関節枕仕様
- ④ 左右アームレスト
- ⑤ チェア一部の患者右側から車いすの乗り降りが容易なもの
- ⑥ チェア一部の初高位置が 410mm 以下で最高位置 800mm とする
- ⑦ フットコントローラーは、横スライドと踏み込みより出力制御が可能なこと
- ⑧ フットコントローラーに ON/OFF 切替えができ、チップエア機能がついている
- ⑨ ジョイスティック S/W 付き
- ⑩ ジャンクション BOX 外置き仕様 (配管延長仕様)

5. 治療用スピットン部

- ① 患者うがい用スピットンは、陶器製で清掃できること。患者さ近くまでスピットンが回転し、水はねが少ないこと
- ② スピットンは着脱が可能
- ③ 患者うがい用給水は、センサー式紙コップ自動給水式でインジケーター搭載
- ④ バキューム・排唾システムはセントラル吸引式であること
- ⑤ バキュームホルダーグリップは取り外しができ、清掃できるものとする
- ⑥ バキュームホルダーは手元で吸引調整ができること
- ⑦ 水・エアーの取口仕様
- ⑧ 3way シリンジはラッチ式で、ディスポに対応できること
- ⑨ バキュームの清掃口は、脱着式で、全面に設置及びバキューム洗浄ユニット付き
- ⑩ アシスタントアームが上下調整機能付き

6. 治療テーブル部

- ① インstrument 部仕様 ホルダー 4 本仕様

- ② LED マイクロモーター仕様（LED 式内部注水コントラ・ハンドピース標準装備）1 回路
- ③ LED マイクロモーターは回転数 100～40,000min-1 仕様
- ④ LED マイクロモーター オートリバース・逆止弁内臓
- ⑤ LED エアータービン 2 回路
- ⑥ LED ライトカップリング バテラス仕様 1 本装備
- ⑦ LED ライトカップリング ヨシダ仕様 1 本装備
- ④ パネルスイッチはアルコール除菌ができる仕様
- ⑤ 患者がうがいをするときの専用ポジション S/W ができること
- ⑥ 3way シリンジはドクターサイドに 1 本・アシスタントに 1 本
- ⑦ 紙コップ汚物入れアーム仕様
- ⑧ 大型テーブル仕様
- ⑨ テーブル操作パネルには下記の使用ができる
 - ・ 椅子マニュアルスイッチ
 - ・ 椅子プリセットスイッチ
 - ・ 椅子オートリターンスイッチ
 - ・ 椅子ラストポジションスイッチ
 - ・ コップ給水スイッチ
 - ・ マイクロモーター正逆切り替スイッチ
 - ・ マイクロモーター上限回転速度制御ノブ
 - ・ マイクロモーター回転表示（液晶 LED）
- ⑩ LED 超音波スケーラー（バリ奥斯 2）仕様

7. 無影灯部

- ① 6 灯 LED 仕様無影灯
- ② S/W はセンサー式（異常時には手動で作動できること）
- ③ 3,000～28,000Lux で無段階の調光
- ④ レジンモード付（光重合の際に、レジンが固まりにくくできる。）
- ⑤ レンズカバーはレバー操作で着脱（清掃可能）
- ⑥ 患者用ミラー装備

8. その他

- ① 水クリーンフィルター装備
- ② エアークリーンフィルター装備
- ② 術者スツール 1 台装備 色は受注の時決める
- ③ 機械取り付け費を含む。機械設置の際、配管変更・工事費も含む
- ④ 取り付け費込み
- ⑤ 配管等の工事が必要な時は機械設置側で行う。
- ⑥ 既存ユニットの撤去・移動費を含む

- ⑦ エアータービン LED仕様 5本 注文時に型式を決める
- ⑧ エアータービン LED仕様 ピコ 1本
- ⑨ 1:4 減速コントラ X15L 1本
- ⑩ スケーラーチップ S1・S10・S28 各3本
- ⑪ Uファイル #15～#35 各1
- ⑫ バリオスチップ E11 1本
- ⑬ 移動用ワゴン 1台 収納式再度カウンター付き
- ⑭ 小児用ボムクッション装備

特記

- ① 新規導入の機器の配管工事を含む
- ② 現状の壁からの水道配管を一部床埋め込みとする
- ③ 医療機器設置の際、床補強を行い、樹脂タイルに床を仕上げる（675 m²）色は別にて決める
- ④ 診療・機械室のエアージェンをワンタッチに変更する
- ⑤ 既存機器は隣に移動する。撤去後の機器は処理とする